КРЕСЛО-КОЛЯСКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ BARRY E5



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием кресло-коляски внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Сохраните его для дальнейшего использования.

Оглавление

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 3
Принцип работы 3
Ответственность: 3
Назначение медицинского изделия 4
Возможные побочные эффекты 4
РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ 4
Комплектация 6
Особенности 6
Условия эксплуатации и ограничения 7
ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА 7
Инструкция по управлению кресло-коляской 8
Технические характеристики 9
Подготовка кресло-коляски к эксплуатации 11
Элементы управления и индикаторы 11
Использование зарядного устройства 11
Очистка и дезинфекция 16
Контроль окружающей среды при производстве медицинского изделия 16
Контроль окружающей среды при применении медицинского изделия 16
Техническое обслуживание и ремонт 17
ГАРАНТИЯ. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ 18
Контактная информация 19

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик медицинского изделия «Кресло-коляска электрическая Barry» и содержит необходимые сведения для его правильной эксплуатации и технического обслуживания. Используйте изделие и осуществляйте уход за ним в соответствии с руководством по эксплуатации. Если не соблюдать данную инструкцию, изделие может быть повреждено, пользователь может получить травму, в том числе с угрозой для жизни. Кресло-коляска не предназначена для самостоятельного использования детьми, недееспособными лицами, а также пользователями, которые не могут понять инструкцию по эксплуатации или соблюдать правила безопасного использования изделия.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Кресло-коляска приводится в движение посредством электродвигателя и служит для передвижения больных и инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата самостоятельно или с помощью сопровождающего его лица. Кресло-коляска должна применяться только на ровной поверхности, на проходимой местности и в помещениях. Кресло-коляска должна соответствовать вашему состоянию здоровья.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Изготовитель несет ответственность по гарантийным обязательствам только в том случае, если изделие применялось в соответствии с данным руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним.
- Изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, полученные в результате его неправильного использования, проведения ремонтных работ не в специализированных сервисных центрах или применения в изделии запасных частей и компонентов, не предусмотренных изготовителем.
- Пользователю запрещено самостоятельно модифицировать кресло-коляску без согласования со специалистами. Компания не несет ответственности за любые несчастные случаи, вызванные такими изменениями. Гарантия не распространяется на модифицированные изделия и неисправности, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации. Также в исполнении гарантийных обязательств владельцу изделия может быть отказано в случае случайного или намеренного попадания инородных предметов, веществ и т. п. во внутренние или внешние части изделия.
- Работы по ремонту и гарантийному обслуживанию изделия могут выполняться только в специализированных мастерских или непосредственно изготовителем.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Кресло-коляска электрическая Barry предназначена для перемещения взрослых людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и на дорогах с твердым покрытием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1. Паралич нижних конечностей.
2. Деформации конечностей средней тяжести.
3. Прогрессирующая мышечная дистрофия.
4. Посттравматические повреждения мозга.
5. Детский церебральный паралич.
6. Дисмелия.
7. Множественный склероз.
8. Фокомелия.
9. Гемиплегия центральной части тела.
10. Судороги, повреждения суставов.
11. Полиартриты, болезнь Бехтерева.
12. Полиартрозы

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

1. Не предназначено для использования пациентами, вес тела которых превышает 100 кг.
2. Несовершенный остеогенез
3. Тяжелая контрактура суставов таза, коленного или голеностопа
4. Невозможность сохранения сидячего положения

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

При надлежащем уходе и техническом обслуживании в соответствии с руководством по эксплуатации, данное медицинское изделие не оказывает побочных действий.

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

! Не пытайтесь дотянуться до какого-либо предмета, если вам для этого необходимо передвинуться на сидении вперед.

! Не пытайтесь поднимать предметы с пола, наклоняясь между коленями. Не наклоняйтесь над верхним краем спинки, чтобы достать до предметов, находящихся позади вас: это может привести к опрокидыванию коляски.

! Всегда устанавливайте одновременно оба стояночных тормоза. Стояночные тормоза используются только после остановки коляски: ни в коем случае не применяйте их для снижения скорости коляски или в качестве опоры при пересадке.

! Не рекомендуется преодолевать лестничные пролеты и высокие препятствия без посторонней помощи.

! Электрическая кресло-коляска подходит для передвижения в помещении, по садовым дорожкам и по дорогам вокруг жилых зданий. Не приближайтесь к автотранспорту и глубоким ямам. При столкновении с препятствиями следует объезжать их, чтобы избежать риска опрокидывания кресла-коляски.

! Не рекомендуется подниматься на длинные уклоны, чтобы избежать перегрузки цепи и двигателя, а также чрезмерного расхода энергии. При преодолении повседневных препятствий (ступенек, порогов) нужно расположить задние колеса коляски по направлению движения. Не используйте инерцию для заезда на ступеньку, иначе это может привести к несчастному случаю или повреждению кресло-коляски.

! Антиопрокидыватели используются на уклонах для предотвращения опрокидывания кресло-коляски при слишком большом угле подъема. Их нельзя снимать и использовать в качестве опоры для передвижения.

! Проверяйте, не ослабли ли подлокотники, ручки и другие элементы кресло-коляски. Если они ослабли, обратитесь к профессиональному техническому специалисту для проверки. Сопровождающим лицам не следует поднимать коляску, держась за съемные части, во избежание поломки и травм.

! Перед началом эксплуатации убедитесь, что аккумуляторные батареи кресло-коляски полностью заряжены. На это будет указывать горящий светодиодный индикатор зеленого цвета на пульте управления. При возникновении сигнала/ индикатора неисправности аккумуляторной батареи немедленно прекратите эксплуатацию изделия, затем отключите аккумуляторные батареи для ее транспортирования на техническое обслуживание или для замены.

! Будьте внимательны и осторожны при изменении положения кресло-коляски во избежание защемления в механизмах с электроприводом.

! Не изменяйте положение сидя при откинутой спинке, иначе кресло-коляска может опрокинуться.

! Не передвигайтесь на кресло-коляске по эскалатору, иначе это может привести к серьезной травме.

! Когда пользователь хочет пересесть из кресло-коляски в другое место, сначала поставьте кресло-коляску в ближайшее и наиболее удобное положение, поверните передние колеса кресло-коляски в сторону места пересадки и убедитесь, что тормоза кресло-коляски зафиксированы.

! При подъеме кресло-коляски держитесь за неподвижные соединительные части, а не за подвижные элементы, например держатели подножек. При подъеме или спуске по наклонным поверхностям сопровождающему лицу следует придерживать коляску за ручки.

! Для остановки во время движения достаточно отпустить ручку контроллера и вернуть ее в исходное положение — электрическая кресло-коляска автоматически затормозит. При остановке на уклоне электрическая кресло-коляска также может автоматически тормозить. В целях безопасности рекомендуется останавливаться на ровной поверхности и затягивать тормоз. Перед посадкой в кресло-коляску и высадкой из него, убедитесь, что кресло-коляска отключена

! Регулярно производите визуальный осмотр электрических разъемов, не ослаблены ли крепежные винты, и своевременно выполняйте регулировку.

! Номинальная нагрузка кресло-коляски составляет 100 кг. Если вес пользователя превышает 100 кг, обратитесь к производителю для специального заказа.

! При движении кресло-коляски по наклонной поверхности пользователь должен пристегнуть ремень безопасности. При спуске с уклона более 5 градусов сопровождающий должен повернуть кресло-коляску спиной вперед и осторожно продолжить движение после проверки безопасности. Если спуск выполняется лицом вперед, пользователь может наклониться вперед и упасть.

! В процессе использования кресло-коляску следует очищать ежедневно. При перевозке инфекционного пациента кресло-коляску необходимо тщательно обработать дезинфицирующими средствами.

! При начале использования коляски избегайте резких движений и толчков. Это может привести к опрокидыванию.

! Во избежание травм берегите пальцы от подвижных деталей.

! Данное кресло-коляска не предназначено для эксплуатации при авиационных перелетах.

! Во время использования кресла-коляски, запрещено использовать источники возгорания, включая спички, зажигалки, сигареты и т.д. Не подвергайте обивку сидения кресла-коляски воздействию высокой температуры и открытого огня. Это может привести к ее возгоранию.

! Для очистки кресла-коляски от загрязнений, запрещено использовать легковоспламеняющиеся жидкости, такие как: спирты, растворители и т.д.

! Пользователь может быть допущен к эксплуатации кресло-коляски только после выполнения всех необходимых индивидуальных регулировок, проверки работоспособности и безопасности, а также ознакомления с руководством по эксплуатации.

! Запрещается перевозить пользователя любым транспортным средством, когда он находится в кресло-коляске.

! Запрещено вставать на подножки, иначе кресло-коляска может опрокинуться.

! Во время движения на кресло-коляске не выставляйте части тела за пределы изделия, так как это может повлиять на устойчивость при движении.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кресло-коляска электрическая Barry, в варианте исполнения Barry E5 в составе:
1. Кресло-коляска электрическая Barry E5 – 1 шт.
2. Аккумуляторная батарея – 1 шт.
3. Зарядное устройство – 1 шт.
4. Съемная подножка – 2 шт.
5. Антиопрокидыватель – 2 шт.
6. Ремень для голени – 1 шт.
7. Поясной ремень – 1 шт.
8. Насос – 1 шт.
9. Набор инструментов – 1 шт. (при необходимости)
10. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ОСОБЕННОСТИ

1. Энергоэффективный двигатель, широкие передние и задние колеса, безопасная и надежная электромагнитная тормозная система, антиопрокидывающее устройство.
2. Комфортная подушка сиденья и спинки, регулируемые по высоте подлокотники.
3. Интеллектуальный контроллер: складывание и раскладывание одной кнопкой, LED-дисплей, индикация заряда аккумулятора, универсальный джойстик.
4. Две литиевые аккумуляторные батареи для увеличенного запаса хода.
5. Два режима использования: электрический и ручной.
6. Складывание и раскладывание возможно в электрическом и ручном режиме.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Кресло-коляска электрическая Barry пригодна для многократного применения и для использования на твердых и ровных поверхностях. При использовании другим пациентом кресло-коляску необходимо протереть или продезинфицировать, а также провести инспекцию ее состояния.

В процессе эксплуатации должны выдерживаться следующие параметры:
- Температура: -30°С – +55°С.
- Относительная влажность: 25% – 90%.
- Атмосферное давление: 86 кПа – 106 кПа.
- Срок эксплуатации медицинского изделия: 5 лет.

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА

При длительном хранении необходимо соблюдать установленные производителем климатические условия. Отключите аккумуляторные батареи, если кресло-коляска не используется в течение длительного периода времени.
При транспортировке кресло-коляски необходимо соблюдать установленные производителем климатические условия. Убедитесь, что все съемные составные части, комплектующие и принадлежности сняты, упакованы отдельно. Кресло-коляска пригодна для транспортирования любым видом транспорта. Перед транспортировкой рекомендуется отключить провод электропитания контроллера и аккумуляторные батареи.

- **Никогда не пытайтесь спуститься на коляске вниз по лестнице.**
- Не преодолевайте препятствия выше, чем максимально допустимое значение, указанное в документации (см. раздел «Технические характеристики).
- Подъезжайте к препятствию заранее выравнивая колеса коляски под прямым углом к препятствию. Всегда спускайтесь с препятствия или поднимайтесь на него только под прямым углом.



- При передвижении по склону или пандусу, обращайте внимание на угол, под которым находится препятствие. **Максимальный угол подъема, под которым возможно движение - 6°** При передвижении под углом круче, чем максимальный угол, есть риск потери устойчивости коляски и/или непреднамеренного неконтролируемого движения коляски.
- Передвижение по склонам или пандусам требует от пользователя крайней осторожности и полного контроля над коляской.



- **Не вставайте на подножку для стоп во время посадки в коляску или высадки из коляски.** Они не рассчитаны на выдерживание веса человека, также это может привести к опрокидыванию инвалидной коляски.
- Перед перемещением в/из коляски, убедитесь, что коляска выключена, таким образом она будет зафиксирована стояночным тормозом во избежание непреднамеренного отката.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Максимальная нагрузка, не более, кг	100
Максимальная скорость, не более, км/ч	4.5
Максимальный запас хода, км	10
Максимальное безопасное торможение на склоне 6°, мА	1,6
Максимальная высота препятствия, мм	25
Максимальный угол, под которым возможно движение, °	23
Максимальный угол, под которым возможно удержание на месте, °	6
Статическая устойчивость, °	6
Динамическая устойчивость, °	6
Внутренний источник питания постоянного тока, В	24
Уровень шума, не более, дБ	60
Напряжение двигателя, В	24×2
Мощность двигателя, Вт	250×2
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	990±10×630±10×940±10
Габаритные размеры в сложенном виде (Д×Ш×В), мм	630±10×450±10×880±10
Ширина сиденья, мм	440±10
Высота сиденья, мм	540±10
Угол наклона сиденья, °	4
Высота спинки, мм	450±10
Угол наклона спинки, °	98±1
Длина подножки, мм	500±10
Угол наклона подножки к поверхности сиденья, °	82±1
Высота подлокотника, мм	220±10
Масса, кг	34
Батарея	Литиевая; DC 24 В, 7,5 Ач×2.
Габаритные размеры батареи (Д×Ш×В), мм	198±10×163±10×55±10
Диаметр передних колес, мм	203,2±10
Диаметр задних колес, мм	254±10
Тип колес	Пневматические


Пульт управления
Спинка
Подлокотник
Сиденье
Рама
Батарейный блок
Подножка
Заднее колесо
Переднее колесо

ПОДГОТОВКА КРЕСЛО-КОЛЯСКИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Раскладывание кресло-коляски

1. Извлеките электрическую кресло-коляску из коробки и установите ее на ровный пол.
2. Положите руки на подушку сиденья и надавите, чтобы разложить кресло-коляску.



! Не помещайте пальцы в механизм складывания спинки сзади — это может привести к защемлению.

! Не раскладывайте кресло-коляску электрическим способом


Регулировка положения пульта управления

1. Сядьте в кресло-коляску и примите удобное положение.
2. Ослабьте ручку-фиксатор на держателе пульта управления.
3. Переместите фиксирующую штангу пульта вперед или назад, выбрав удобное для пользователя положение.
4. После регулировки затяните ручку-фиксатор.
5. Убедитесь, что пульт управления надежно закреплен и не смещается во время использования кресло-коляски.



Подключение проводов

1. Подключите разъем кабеля контроллера к соответствующему разъему блока управления.
2. После соединения разъемов затяните соединительную гайку.
3. При подключении следите за правильным совпадением пазов на разъемах. Черные стрелки на соединяемых разъемах должны быть направлены друг к другу.
4. Аналогичным образом подключите кабели питания аккумулятора A и B и затяните соединительные гайки.



! Не вставляйте разъемы с усилием.
Неправильное подключение может привести к повреждению контактов.

Регулировка подножки и противоударной педали
Поднимите подножку вверх для складывания.
Опустите подножку вниз для обычного использования.



ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАТОРЫ



	**Кнопка включения**	Включает и выключает контроллер. При включении раздается звуковой сигнал и загорается дисплей. Не используйте кнопку для остановки во время движения, кроме аварийной ситуации.
	**Регулировка громкости**	Кнопки «–» и «+» соответственно уменьшают и увеличивают громкость звукового сигнала.
	**Кнопка освещения**	Включает и выключает встроенную переднюю фару.
	**Регулировка скорости**	Кнопки «–» и «+» уменьшают или увеличивают выбранный уровень скорости на одну ступень. Всего предусмотрено пять уровней.
	**ЖК-дисплей**	Показывает уровень заряда аккумулятора, текущую скорость, пройденное расстояние TRIP, выбранный уровень скорости, а также состояние освещения и электропривода. При включении все значки кратковременно загораются.
	**Скорость**	Указание точной скорости в момент движения
	**Выбор скоростного режима**	Отображает выбранный скоростной режим. Предусмотрено пять уровней скорости: 20, 40, 60, 80 и 100 % от установленной максимальной скорости кресла-коляски. Количество светящихся делений соответствует выбранному уровню.
	**Уровень заряда аккумулятора**	Показывает текущий уровень заряда аккумулятора. Полная шкала означает, что аккумулятор полностью заряжен. Если на индикаторе осталось одно или два деления, аккумулятор необходимо зарядить. Мигание символа аккумулятора указывает на критически низкий уровень заряда — прекратите движение и как можно скорее подключите зарядное устройство.

	**Управление электроприводом**	Включает режим управления складыванием/раскладыванием. На дисплее отображается «P-1»: «+» раскладывает, «–» складывает кресло-коляску. После полного складывания контроллер выключается автоматически.
	**Звуковой сигнал**	Подает звуковой сигнал при нажатии; после отпускания кнопки сигнал прекращается.
	**Джойстик**	Управляет направлением и скоростью движения. Чем сильнее отклонение, тем выше скорость. Для остановки отпустите джойстик — он вернется в нейтральное положение.
USB	**USB-разъем**	Предназначен для зарядки совместимых внешних устройств от USB-интерфейса контроллера.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Подключение зарядного устройства

В целях безопасности используйте только специальное зарядное устройство, поставляемое вместе с кресло-коляской. Подключите трехконтактный металлический штекер зарядного устройства к трехконтактному разъему, который находится под пультом управления. Обратите внимание на правильное направление вставки зарядного штекера.

Подключение к розетке

Вставьте другой конец зарядного устройства в стандартную электрическую розетку.

Процесс зарядки

Во время зарядки индикатор горит синим цветом. Если индикатор становится зеленым, это означает, что аккумулятор заряжен. После полной зарядки отключите вилку зарядного устройства от электросети и отсоедините зарядный штекер. Храните зарядное устройство в безопасном месте. Когда кресло-коляска не используется, выключайте контроллер, чтобы снизить расход заряда аккумулятора.
Время зарядки зависит от остаточного заряда аккумулятора. Первая полная зарядка нового аккумулятора занимает примерно 6–8 часов.

Работа кресло-коляски во время зарядки

Во время зарядки кресло-коляска не реагирует на команды управления. После отсоединения зарядного устройства и повторного включения контроллера кресло-коляска может использоваться в обычном режиме.

Замена аккумулятора

При неисправности аккумулятора замените его новым аккумулятором в соответствии с требованиями производителя. Старый аккумулятор нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для предотвращения загрязнения окружающей среды его необходимо передать квалифицированной организации по переработке аккумуляторов или вернуть поставщику для утилизации.

Отдельная зарядка аккумуляторного блока

Аккумуляторный блок также можно заряжать отдельно. Снимите аккумуляторный блок с кресло-коляски, откройте крышку зарядного разъема и подключите трехконтактный металлический штекер зарядного устройства к трехконтактному разъему аккумулятора. Дальнейший процесс зарядки аналогичен зарядке через разъем контроллера.

Аккумуляторный блок

Данная кресло-коляска оснащена двумя комплектами литиевых аккумуляторов 24 В, которые можно менять местами. Аккумуляторный блок слева используется для обычного движения. Аккумуляторный блок справа также оснащен батареей.

Проверка аккумуляторного блока

Нажмите кнопку на аккумуляторном блоке — индикатор загорится. Чем больше световых делений горит, тем больше оставшийся заряд аккумулятора. Если горит только одно деление, аккумулятор разряжен и его необходимо своевременно зарядить.

Снятие аккумуляторного блока

Нажмите на желтую часть аккумуляторного блока и извлеките аккумулятор. Для правой стороны порядок действий такой же.

Установка аккумуляторного блока

Совместите аккумуляторный блок с соответствующим пазом и аккуратно вставьте его в слот. Звук щелчка означает, что аккумулятор установлен на место.

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Сначала очистите грязные детали влажной губкой, затем используйте чистящие средства на водной основе. Очищайте колеса, обивку и металлические элементы неагрессивным чистящим средством. При необходимости тканевую обивку сидения и спинки можно стирать при 40°С с обычным или жидким моющим средством. Допускается протирание металлических и пластиковых поверхностей 1% раствором монохлорамина ХБ. При уходе за кресло-коляской не рекомендуется использовать спиртосодержащие, легковоспламеняющиеся абразивные чистящие средства и средства с красителями, а также проводить обработку с помощью жестких щеток, это может поцарапать кресло-коляску.

КОНТРОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Контроль окружающей среды в ходе производства медицинского изделия «Кресло-коляска электрическая Barry» осуществляется в соответствии с документацией, разработанной компанией - производителем и действующими нормами по охране окружающей среды, действующими в стране производителя. На производстве внедрена система менеджмента качества, полностью соответствующая требованиям стандарта ISO 13485. Производство осуществляется также с соблюдением требований национального законодательства по охране окружающей среды. Процессы изготовления медицинского изделия исключают загрязнение воздуха, почвы и водоемов вредными веществами, перерабатываемыми материалами и отходами производства выше норм, утвержденных в установленном порядке. При его изготовлении отходы, представляющие опасность для окружающей среды, не образуются.

КОНТРОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Медицинское изделие «Кресло-коляска электрическая Barry» при нормальных условиях эксплуатации и соблюдению санитарно-эпидемиологических требований по уходу, очистке и дезинфекции не является источником загрязнения окружающей среды. Прочих специальных требований безопасности при применении изделия не существует. По истечении срока службы изделия, невозможности или нецелесообразности его ремонта производится утилизация изделия. Утилизация медицинского изделия незаконным способом может иметь негативные последствия для здоровья и окружающей среды. Поэтому при утилизации необходимо строго следовать законам и нормативам, и принятым в странах, изделие и его принадлежности будут эксплуатироваться.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Кресло-коляска спроектирована и сконструирована для длительной эксплуатации. Для поддержания работоспособности изделия и обеспечения безопасности пользователя необходимо регулярно проводить осмотр, техническое обслуживание и уход за кресло-коляской. Ответственность за своевременное выполнение работ по уходу и техническому обслуживанию несет пользователь кресло-коляски.

Необходимо проводить визуальную проверку состояния и работоспособности кресло-коляски через регулярные промежутки времени, а также каждый раз перед повторным использованием изделия.

Регулярные проверки должны включать следующее:

- убедитесь, что кресло-коляска движется по прямой линии, без сопротивления или отклонения в сторону;
- убедитесь, что снятые стояночные тормоза не касаются шин;
- проверьте исправность стояночных тормозов;
- убедитесь, что соединения не изношены, а зазор между тормозом и шиной правильно отрегулирован;
- проверьте систему складывания на наличие изношенных, поврежденных или деформированных деталей;
- убедитесь, что все винты и винтовые соединения надежно затянуты;
- проверьте давление в пневматических шинах, при необходимости подкачайте их;
- проверьте степень износа шин, при предельном износе шины необходимо заменить;
- убедитесь, что обивка сиденья и спинки находится в хорошем состоянии;
- убедитесь, что колеса установлены параллельно раме;
- проверьте состояние колес, осей и ходовой части;
- убедитесь в отсутствии посторонних предметов, намотанных на оси колес.

Также следуйте следующим рекомендациям:

- Перед каждой поездкой рекомендуется зарядить аккумуляторные батареи. Желательно выполнять зарядку заранее, например в ночь перед поездкой.
- Перед каждой поездкой необходимо проверять давление в пневматических шинах. При необходимости шины следует подкачать.
- Перед каждой поездкой необходимо проверять состояние шин и степень износа протектора. При предельном износе шины необходимо заменить.
- Каждые 30 дней необходимо проверять резьбовые соединения и при необходимости выполнять их подтяжку.
- После каждой поездки рекомендуется выполнять мойку и очистку кресло-коляски от загрязнений.
- Мойка и очистка кресло-коляски включают следующие действия:
- снятие колес и очистку осей крепления от грязи, волос, травы и других посторонних предметов, которые могут наматываться в процессе эксплуатации, затруднять движение и ускорять износ осей;
- очистку покрышек и пластиковых элементов с использованием мягких, неагрессивных чистящих средств;
- очистку обивки и ремней теплой водой с применением неагрессивных моющих средств, губки или мягкой щетки;
- влажную очистку пластиковых деталей, элементов рамы, ходовой части и колес.
- После влажной очистки все элементы кресло-коляски необходимо тщательно высушить.

- Не рекомендуется использовать агрессивные чистящие средства, абразивные материалы, растворители и составы, которые могут повредить покрытие, пластиковые детали, обивку или элементы управления.
- Рекомендуется не реже одного раза в месяц проводить смазку подвижных частей кресло-коляски.
- При неиспользовании медицинского изделия в течение длительного периода времени необходимо полностью зарядить аккумуляторные батареи. Перед повторным использованием изделия после длительного хранения следует проверить его техническое состояние, уровень заряда аккумуляторов, исправность тормозов, колес, шин, креплений и элементов управления.

Ремонт — это комплекс работ, направленных на восстановление работоспособности кресло-коляски при неисправностях, повреждениях или нарушении нормальной работы изделия. Ремонтные работы должны выполняться квалифицированными специалистами с использованием комплектующих, соответствующих требованиям производителя. Не рекомендуется самостоятельно разбирать, изменять конструкцию или выполнять ремонт электрических, механических и несущих элементов кресло-коляски, так как это может привести к нарушению безопасности эксплуатации.

Информацию о порядке проведения ремонтных работ, возможности обслуживания, а также наличии и стоимости запасных частей можно уточнить у продавца или поставщика изделия.

ГАРАНТИЯ. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Гарантийный срок эксплуатации медицинского изделия – 12 месяцев.
РУ № Г004-00110-00/04268180 от 09.02.2026

Медицинское изделие принимается к гарантийному обслуживанию только при наличии паспорта (руководства по эксплуатации) с указанием серийного (заводского) номера, даты продажи и с печатью торгующей организации.

Информацию о порядке проведения гарантийных работ можно уточнить у продавца или поставщика изделия.

По окончании срока службы кресло-коляска должна быть утилизирована. На территории Российской Федерации утилизация проводится в соответствии СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Кресло-коляска относится к классу А - эпидемиологически безопасных отходов, по составу к твердым бытовым отходам. Аккумуляторные батареи должны быть утилизированы в соответствии с классом Г – токсикологически опасные отходы 1 - 4 классов опасности.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае возникновения вопросов, связанных с применением изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться по указанному адресу:
Уполномоченный представитель производителя в Российской Федерации по вопросам качества:
Общество с ограниченной ответственностью «СИМС-2» (ООО «СИМС-2»), Адрес: 125430, Россия, г. Москва, ул. Митинская, д. 16, эт. 10, помещение 1012Б, ком. С 15 по 18; Телефон: +7 (495)-792-31-90,
Адрес электронной почты: info@sims2.ru, Сайт: sims2.ru

Производитель: «Фошань Дахао Медикал Технолоджи Ко., Лтд», Китай
«Foshan Dahao Medical Technology Co., Ltd»,
Building 1, 2nd Floor of Building 2, 3rd Floor of Building 2, Building 3,4,5,6,7, No.9 of Fanye Road, Leping Town, Sanshui District, Foshan City, Guangdong Province, 528137, China